




INTÉRÊT D'UN ACCOMPAGNEMENT LORS DU RÉFÉRENCEMENT D'UN NOUVEAU DISPOSITIF : L'EXPÉRIENCE DES VALVES BI DIRECTIONNELLE

M.Roche ; J. Boucher; P.Drancourt; J.Aubert ; Y.Inghels ; J.Boyer
Pharmacie du Centre Hospitalier de Valenciennes

Introduction – Objectif:

Suite à la découverte d'un mésusage des valves anti-retour (VAR) utilisées comme bouchons sur les cathéters périphériques, le référencement des valves bidirectionnelles (VBD) a été décidé pour la prise en charge des patients en chirurgie ambulatoire.

Dans une optique de bon usage (BU), nous avons dispensé une formation sur ces dispositifs préalablement au référencement des VBD.



Matériel et méthodes :

- ❖ **Formations théoriques** de 10 min avec présentation des VBD dans les services de soins
- ❖ Intervenants : **pharmacien** et **interne**
- ❖ **2 fiches** de Bon Usage créées (VAR et VBD)
- ❖ **1 support récapitulatif** remis aux soignants.

L'impact de la formation a été évalué par le suivi des consommations des VAR et VBD.

Résultats :

77

Formations effectuées (dont 7 destinées aux équipes de nuit et de week-end)

16


Services concernés (dont le bloc opératoire)

75,6%

Du **personnel formé** (soit 204 personnes sur 270)

20

Heures de formation cumulées



Suite à ces formations :

- Suppression des VAR des dotations de 11 services,
- Ajout des VBD dans les dotations de 3 services.

➤ **consommations mensuelles de VAR de l'ordre de 80%**

Consommation stable des VBD.



Discussion – Conclusion :

Bien que chronophage, la formation des équipes soignantes au BU des dispositifs médicaux facilite le changement de pratiques et le référencement de nouveaux dispositifs tout en assurant leur utilisation dans des conditions optimales pour la sécurité des patients. De plus, cela a permis de réduire les risques auxquels les patients étaient exposés lors du mésusage des VAR (infection, embolie gazeuse).