

INTRODUCTION

- Gestion **chronophage** des ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux stériles (DMS)
- Particularité du circuit **hors-stock** : limite la visibilité sur le stock
- **Manque de communication** de la pharmacie aux différents services sur les ruptures et substitutions



Risque d'impact sur la prise en charge du patient à l'hôpital

OBJECTIFS



- **Suivre et quantifier** les ruptures / arrêts de commercialisation DMS au sein de l'établissement
- **Améliorer la gestion et la communication** au sein de l'établissement.

MATERIELS ET METHODES



Audit sur la gestion interne des ruptures de DMS :

- Prospectif (20 Janvier au 14 Avril 2023)
- Monocentrique



Suivi trihebdomadaire des commandes de DMS



Création d'un tableau Excel : **double outil**

- De **gestion** : pour chaque rupture les données sont complétées par un interne en pharmacie ou un pharmacien
- De **communication** avec les services (accès en lecture seule)

Référence en rupture

- Libellé
- Code produit
- Référence

Etat de la rupture


- Date de début de la rupture
- Motif de la rupture
- Origine de l'information
- Délai d'approvisionnement
- Présence d'un stock suffisant ?
- Substitution avec différence technique ?
- Substitution par le même fournisseur ?
- Date de fin de rupture

Référence de substitution


- Libellé
- Code produit
- Référence

RESULTATS


Type de ruptures d'approvisionnement de DMS recensées



Type de différences techniques des substitutions de DMS



Acceptation des substitutions de DMS en rupture



Durée moyenne des ruptures de DMS recensées



21 jours

Communication des laboratoires sur les ruptures de DMS



Absence de communication dans 75% des cas

DISCUSSION / CONCLUSION

- **Nombreuses ruptures** sans communication du laboratoire sur la rupture
- **Anticipation et rôle proactif** de la pharmacie dans la gestion des ruptures
- Pas d'équivalence stricte des DMS : éducation + communication nécessaire
- Impact organisationnel : **mobilisation quotidienne** de ressources humaines
- Application de l'outil aux ruptures de médicaments

Limites:

- Pas d'évaluation de l'impact économique
- Pas d'évaluation de l'outil auprès des services