

Toute modification des codes LPP concernés parue au JO après la date de mise à jour du présent fichier peut-être consultée sur le site [www.euro-pharmat.com](http://www.euro-pharmat.com) (onglet Actualités. Réglementation)

**REFERENTIEL POUR CONTRAT DE BON USAGE (DMI HORS GHS)  
Réalisé et validé par la Commission Technique EURO PHARMAT**

**IMPLANT POUR LESIONS CAROTIDIENNES  
(ENDOPROTHESES CAROTIDIENNES)  
Code ATIH IM 009**

**1 - Indications validées (Groupe 1)**

---

**1A - Indications validées de la LPP**

Non applicable

**1B - Indications validées par des références scientifiques**

- sténose radique,
- resténose après thromboendartérectomie,
- sténose serrée avec occlusion carotidienne controlatérale,
- sténoses inaccessibles chirurgicalement car haut situées,
- patient ayant une contre-indication à l'anesthésie générale.

**Sources documentaires de références**

**ANAES** ([www.anaes.fr](http://www.anaes.fr)) :

Dilatation endoluminale des sténoses athéromateuses symptomatiques de la bifurcation carotidienne (mai 2003)

**Guide du bon usage des examens d'imagerie médicale (2005)**

Société Française de Radiologie (SFR) et Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire (SFBMN).

**Publications**

- *"Carotid stenting in high risk patients : design and rationale of the sapphire trial"*. Yadas JS. Department of Cardiovascular Medicine, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195 - USA
- *"Sapphire one-year results : Carotid stenting with protection coming of age"*. Associated Meeting : TCT 2003. Reported by : Debra L Beck
- Etude CAVATAS : *"Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS) : a randomised trial"*. The Lancet, Volume 357, Issue 9270, 2 June 2001, pages 1729-1737

**2 - Indications pertinentes (Groupe 2)**

---

Etude EVA3S (en attente de plus d'informations)

Toute modification des codes LPP concernés parue au JO après la date de mise à jour du présent fichier peut-être consultée sur le site [www.euro-pharmat.com](http://www.euro-pharmat.com) (onglet Actualités. Réglementation)

### **3 - Indications complémentaires (Groupe 3) - Compassionnel, essais locaux, études et/ou registres non publiés**

---

RAS

### **4 - Indications non recommandées (Groupe 4)**

---

RAS

### **5 - Critères environnementaux**

---

La prise de décision se fait en concertation avec les équipes de radiologie, de neuro-radiologie, de chirurgie vasculaire et cardiovasculaire, de neurologie et de cardiologie.

Le choix des dispositifs se fait en fonction de la morphologie de la sténose et de son potentiel emboligène. La mise en place d'une endoprothèse est systématique ainsi que la dilatation dans le stent grâce à un ballonnet monorail. L'utilisation d'un dispositif de protection est recommandée, en particulier pour les sténoses athéromateuses.