

Do Thi Chalamette H, Rossignol M, Lefebvre M, Raou D¹, Hild P
Centre Hospitalier de Roanne, Service pharmacie, ¹ Chirurgie orthopédie traumatologie.

Introduction

Dans le cadre du contrat de bon usage, la conformité des indications des prothèses de hanche (PH) a fait l'objet d'un audit clinique.

Matériel et méthode

- ✓ Méthodologie de l'audit clinique de l'omédit Rhône Alpes
- ✓ Équipe pluridisciplinaire (Chirurgien, pharmacien, IBODE et préparateur)
- ✓ Les référentiels utilisés:
les indications LPP et le référentiel de l'HAS (CEPP et Evaluation des prothèses de hanche).



AUDIT CLINIQUE : GRILLE DE RECUEIL
DMI : PROTHESE DE HANCHE

Auditeur :
- Nom, prénom
- Fonction
- Date de l'audit

Patient :
- Nom, prénom
- Numéro de dossier
- Date de la prescription

ETAPES 1 : EVALUATION DE LA CONFORMITE A LA LPP

INDICATION	LPP	Hors LPP
Mais indication	☐	☐

ETAPES 2 : EVALUATION DE LA CONFORMITE A UN REFERENTIEL
Référentiel : CEPP - HAS - 05 septembre 2007
Evaluation des prothèses de hanche - HAS - Septembre 2007

INDICATION	Conforme	Non conforme
	☐	☐

ETAPES 3 : ARGUMENTAIRE CLINIQUE ET REFERENCE A DES PUBLICATIONS


	OUI	NON	Commentaires
Argumentaire clinique retrouvé dans le dossier médical	☐	☐	
Référence à une publication internationale dans des revues internationales à comité de lecture ou à des travaux de sociétés savantes apportés par le prescripteur après discussion	☐	☐	
Argumentaire clinique apporté par le prescripteur après discussion	☐	☐	
Publication internationale à comité de lecture ou travaux de sociétés savantes apportés par le prescripteur après discussion	☐	☐	

Résultats/Discussion

30 dossiers analysés


Analyse des non conformités

Selon Référentiel LPP : taux de conformité 83%



Les 5 dossiers non-conformes concernaient une **mauvaise utilisation des ciments** (4 ciments antibiotiques utilisés sans facteur de risque mentionné et un ciment simple utilisé avec un facteur de risque mentionné).

Selon Référentiel HAS : taux de conformité 93%



Les 2 dossiers non-conformes concernaient la pose d'une **tige cimentée sans obturateur** et l'utilisation de **2 ciments pour une PIH**.

Conclusion

Les résultats de cet audit sont **satisfaisants**. Le **taux de conformité varie selon le référentiel utilisé car leurs exigences sont différentes** (l'indication LPP étant plus précise). Lors de la restitution de l'audit, nous avons **rappelé aux chirurgiens la bonne utilisation des ciments** (ciment antibiotique pour des patients avec des facteurs de risque). Un **quick audit en 2013** sur l'utilisation des ciments a été prévu afin de **vérifier l'impact de la démarche**.