

Introduction

La norme **ISO 80369** publiée en 2016 définit la **sécurisation des voies d'administration** avec la mise en place de **connectiques sécurisées** dédiées. Après celle de la voie entérale ENFit® en 2016, la connectique sécurisée **NRFit®** pour la voie neuraxiale et d'anesthésie est programmée à **l'échelle mondiale** en 2024.

➔ **Passage à la connectique NRFit®**

Objectifs



Définir une stratégie de déploiement de la nouvelle connectique NRFit®

Matériels et méthode

- **Inventaire des dispositifs médicaux (DMx) concernés** : avec le service d'anesthésie = confirmer le périmètre
- **Consommations 2022 de ces DMx** : extraction via le logiciel de gestion Copilote® + identification des services concernés
- **Rencontres avec les services utilisateurs** :
 - Expliquer la démarche du changement de la connectique
 - Faire un bilan sur les besoins réels
 - Vérifier le bon usage de ces DMx
- **Correspondance DMx référencés/alternatives NRFit®** : contact avec nos différents fournisseurs


Résultats

57 références de DMx (hors DVE) concernés par la norme NRFit®



Rencontre des services concernés


11 services rencontrés sur 13 identifiés




Un usage détourné : utilisation des aiguilles de PL afin d'effectuer des ponctions d'ascite

15 fournisseurs interrogés → 11 gammes NRFit® proposées

Taux de recouvrement d'alternatives NRFit® aux DMx référencés (n = 57)



Disponibilité des DMx NRFit® auprès des laboratoires (n = 55)



Nouvelle connectique disponible...
... mais qu'en est-il des ruptures d'approvisionnement ?

Discussion et conclusion

- Une **alternative possible pour la quasi-totalité** de nos DMx concernés
- Au moins 2 fournisseurs pour 89% d'entre eux ➔ **sécurisation de la chaîne d'approvisionnement** dans un contexte de ruptures de plus en plus fréquentes
- **Plusieurs étapes à franchir** : essais et prévention
 - Campagne d'essais de la nouvelle connectique
 - Sensibilisation des utilisateurs