LIMITES AU PASSAGE A L'USAGE UNIQUE: CAS DU PLATEAU DE SUTURE FINE

A. Saint Ghislain, J. Courtin, J. Aubert, Y. Inghels, J. Boyer
Service pharmacie, Centre Hospitalier de Valenciennes

INTRODUCTION :

▶ Dynamique de passage à l'usage unique (UU) des dispositifs médicaux restérilisables utilisés dans les services de soins instaurée dans notre centre hospitalier (CH).

- **Optimiser l'activité** de l'unité de stérilisation
- **Réduire les dépenses** liées aux pertes

▶ Plusieurs dispositifs déjà passés à l'UU :
poignées de scialytiques, cupules, plateau de suture classique…

▶ *Problématiques* : **différents plateaux de suture** utilisés dans notre CH. Présence de **plateau de suture classique à UU** et **plateau de suture fine restérilisable** dans les services :

RISQUE DE CONFUSION

▶ **OBJECTIF : évaluation du passage à l'UU du plateau suture fine**

METHODE :

▶ Réévaluation de la composition du plateau suture fine UU
▶ Calcul du coût global par utilisation du plateau de suture fine actuel
▶ Etude de marché et contact des fournisseurs potentiels
▶ Analyse des offres et des échantillons

RESULTATS :

▶ CALCUL DES COUTS (prix TTC) :

2140 utilisations par an pour les plateaux suture fine restérilisables

Coût de stérilisation : **3,85€** *par utilisation*

Coût des dispositifs utilisés en annexe : **1,39€** *par utilisation*

- ✓ *Champ fenêtré 70X90cm* *0,41€*
- ✓ *Champ latéral adhésif 90X100cm* *0,96€*
- ✓ *5 compresses stériles* *0,02€*

Pertes d'instruments : **2845€** *sur l'année précédente*

TOTAL : **14 055 € *par an***
6.56€ *par utilisation*

COMPOSITION RETENUE :

- *plateau de soins*
- *paire de ciseaux d'énucléation*
- *porte aiguille fin*
- *pince Halstead droite mousse*
- *pince courbe mousse*
- *pince dissection griffes fines*
- *pince dissection mousse fine*

(METAL)

- *2 cupules*
- *1 champ fenêtré*
- *1 champ latéral adhésif*
- *5 compresses stériles*

▶ ANALYSE DES OFFRES :

8 fournisseurs sollicités : Composition retenue ➡ non retrouvée dans les sets UU commercialisés
3 fournisseurs proposent de fabriquer un plateau « sur mesure »

FOURNISSEUR	A		B	C
EVALUATION	✓ Composition respectée ✓ Présentation du plateau X Prix *(site de production 1)* X Préhension du porte aiguille		✓ Composition respectée ✓ Prix X absent sur un instrument X Qualité des instruments	✓ Composition respectée X Prix X Présentation du plateau
PRIX TTC (€) : *par utilisation* *par an*	*Site de production 1* **14,88** 31 843	*Site de production 2* **7,87** 16 846	**6,36** 13 610	**11, 88** 25 423
SURCOUT ANNUEL (€) :	**17 788**	**2 791**	**- 445**	**11 368**

DISCUSSION/CONCLUSION :

Suite à l'évaluation des offres, des améliorations ont été proposées mais entrainent une hausse du prix auquel le coût du traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux doit être ajouté. Devant le surcoût engendré et la perte en qualité de l'instrumentation, **aucune proposition n'a été retenue**. Les critères définis pour la composition de ce plateau (composition exhaustive, instruments UU métalliques) ont limité la compétitivité des offres.

astghislain@gmail.com