

MISE EN PLACE D'UN CIRCUIT SPECIFIQUE POUR LES INSTRUMENTS NON IDENTIFIES D'ORIGINE INCONNUE RETROUVES EN SERVICE DE STERILISATION

L. Bourgue¹, C. Combe¹, A. Guillermet¹, L. Barrosso¹, F. Caron¹, F. Valette¹, H. Hida¹.

¹ Service pharmacie - Centre hospitalier de Valence 179 Bd Maréchal Juin, 26953 Valence Cedex



Introduction

Retourner à nos clients des compositions complètes et stériles constitue une des priorités de notre service.

De manière ponctuelle, un instrument non identifié d'origine inconnue (INIOI) tel qu'une vis ou un écrou est retrouvé dans le service sans qu'il nous soit possible d'en retrouver le propriétaire.

Dans le cadre de notre démarche qualité, améliorer la traçabilité de l'ensemble du matériel traité s'avère être une priorité.

Objectifs

Réattribuer les INIOI à leurs propriétaires, clients du service stérilisation.


Matériels et méthodes

- Création d'un circuit spécifique pour ce type de matériel
- Ce circuit constitue un travail collaboratif pour les différents acteurs du service:
 - Les agents de stérilisation retrouvent l'INIOI en zone de reconstitution, l'isole et le stérilise en l'identifiant comme INIOI.
 - Les infirmières responsables du matériel stock l'INIOI en zone spécifique.
 - L'interne en pharmacie complète la fiche de traçabilité et le dossier informatique de l'INOI puis diffuse à l'ensemble des clients de la stérilisation un mail décrivant le matériel retrouvé.
 - Les clients peuvent ainsi, par simple retour de mail, demander à récupérer l'INIOI stérile.



Exemple d'étiquette de traçabilité pour un INIOI

Description du circuit:



Résultats

- Depuis la mise en place de ce circuit il y a 10 mois, 4 INIOI ont été enregistrés dont 1 ressort qui a été réattribué à son propriétaire suite à reconnaissance par un client bloc opératoire.
- De plus, la mise en place de ce circuit a permis de jeter 2 mèches car il s'agissait d'instruments à usage unique mais non gravés. Les autres INIOI n'ont pas été réclamés.

Discussion/conclusion:

La mise en place d'un circuit spécifique pour les INIOI permet une réattribution de ces derniers. Stériliser et signaler ce type de matériel permet d'exclure un report ou une déprogrammation d'intervention imputable à notre service.