

# MISE EN PLACE D'UN OUTIL D'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE



**DES PATIENTS STOMISÉS**  
 P. Morin, M. Colin, H. Corneau, E. Krug  
 Service pharmacie  
 CH Jacques Monod, rue Eugène Garnier, Flers, France.  
 morin.pauline1@gmail.com



## Introduction

Notre centre hospitalier référence de nombreux dispositifs médicaux (DM) concernant l'appareillage des stomies. Suite aux essais et aux choix effectués dans le cadre d'un appel d'offre régional, nous avons décidé d'accompagner les services de soins sur le bon usage de ces DM.

## Matériel et Méthode

Un outil de communication à destination des services de soins et des préparateurs en pharmacie a été élaboré de manière pluridisciplinaire par un binôme infirmière stomathérapeute/pharmacien.

## Résultats

Elaboration d'un tableau récapitulatif résumant de manière visuelle les DM référencés en fonction du **site anatomique** et de la **nature** de la stomie (tableau I).

Il reprend la **nature des effluents collectés** et l'**appareillage conseillé** parmi les 16 dispositifs disponibles.

Des **conseils** sont donnés concernant la **fréquence des changements** des DM ainsi que les éventuelles **particularités** associées.

Les **modalités des préparations coliques** ainsi que la conduite à tenir en cas d'**irritation péristomiale** sont également rappelées.



**Présentation** de l'outil par le binôme pharmacien / l'infirmière stomathérapeute aux différents services de soins de l'établissement.

**Formation** de l'intégralité de l'équipe pharmaceutique, également assurée par l'IDE stomathérapeute.



**OPTIMISATION DES RÉPONSES APPORTÉES  
 AUX BESOINS DES SERVICES DE SOINS.**

APPAREILLAGE DES STOMIES AVEC LE MATERIEL REFERENCE AU CH DE FLERS (2015 - 2018)

TYPE DE STOMIE	NATURE DES EFFLUENTS	APPAREILLAGE CONSEILLE	FREQUENCE DES CHANGEMENTS	PARTICULARITES
Colostomie gauche	Selles moulées + gaz	<b>Poches fermées avec filtre</b> Système 1 pièce : → SENSURA MIO réf : 108810 Système 2 pièces adhésif : → FLEXITMA KEY support réf : 62060H poche fermée réf : 62260C	→ Poche : 1 à 2 fois par jour → Support : tous les 2 à 3 jours	
Colostomie transverse droite	Selles liquides à pâteuses +/- gaz	<b>Poches vidables</b> Système 1 pièce : → SENSURA MIO réf : 104510 Système 2 pièces adhésif : → FLEXITMA KEY support réf : 62060H poche vidable réf : 621260C Système 2 pièces à cliquer : → NATURA support réf : 421041 poche vidable réf : 420442	→ 1 pièce : tous les 1 à 2 jours → 2 pièces : poche tous les jours support tous les 2 à 3 jours	<b>Joint d'étanchéité</b> avec anneau ADAPT conseillé réf : 7805
Iléostomie ou jéjunostomie transverse de dérivation	Selles liquides à semi-liquides (abondantes et irritantes)	<b>Poches vidables</b> : cf réf colostomie transverse droite <b>Poches vidangeables haut débit (HD)</b> avec bouchon Système 1 pièce : → SENSURA VISTO MAGNUM réf : 190040 Système 2 pièces adhésif : → FLEXITMA KEY support réf : 62060H poche vidangeable HD réf : 62660C Système 2 pièces à cliquer : → NATURA support : 421041 poche HD : 420700	→ 1 pièce : tous les 1 ou 2 jours → 2 pièces : poche tous les jours support tous les 2 à 3 jours → et à la moindre suspicion de fuites	<b>Joint d'étanchéité INDISPENSABLE</b> Si débit important, adapter à la poche HD un sac de vidange FLOW COLLECTOR réf : 39900C
Stomie urinaire urétérostomie directe avec ou sans sonde ou transiléale (Bricker)	Urines	<b>Poches vidangeables</b> avec valve anti-reflux et adaptable à sac collecteur Système 1 pièce : → SENSURA MIO réf : 108860	→ Tous les 1 à 2 jours	Si présence de sondes d'urétostomies, veiller à leur bonne fixation, leur perméabilité. Leurs extrémités doivent rester dans la partie supérieure de la poche au dessus de la valve anti-reflux
Stomies digestives	En post-op immédiat : Stomie terminale	Système 1 pièce avec hublot pour surveillance pluri-quotidienne → DRAINIA 5 VISION 50 réf : 28565 100 réf : 28567 Système 2 pièces à cliquer : → NATURA support réf : 421041 poche avec filtre amovible réf : 420700	Appareillage posé au bloc, peut rester en place pendant plusieurs jours, en fonction de la reprise du transit	
Et jusqu'à l'ablation des baguettes (de J5 à J21) :	Stomie latérale avec baguette	<b>Baguette droite longue</b> → NATURA Ø 100 support réf : 401906 poche réf : 420421 <b>Baguette droite courte</b> → NATURA Ø 70 support réf : 421041 poche vidable réf : 420442 ou HD réf : 420700	Possibilité d'ajouter des filtres BIOTROL réf : F00750	
Préparation colique en vue d'un examen ou d'une intervention	- si purges per os ou lavement par stomie d'abord et/ou d'aval	Manchon d'irrigation IRVIFLEX réf : F05066 Ou appareillage avec poches HD adaptable à FLOW COLLECTOR (Par stomie d'aval penser à installer le patient sur un plat bassin)	Pour les poches HD NATURA, utiliser le raccord gris disponible dans la boîte pour la connexion au FLOW COLLECTOR	
En cas d'irritation péristomiale		1) Analyser l'origine du problème et prévoir un appareillage adapté 2) Irriguer la zone irritée pour le nettoyage, sécher par tamponnement Appliquer de la poudre ADAPT sur la zone lésée, balayer le surplus Réappareiller la stomie avec un anneau protecteur sous le support		

Contact : IDE stomathérapeute, poste : 4233

Tableau I :  
 Tableau récapitulatif des dispositifs référencés au sein du centre hospitalier

## Discussion /Conclusion

En aidant les soignants dans leurs pratiques, cet outil permet une mise à jour des connaissances de chacun ainsi qu'une harmonisation des pratiques qui permettent une meilleure prise en charge des patients stomisés au sein de notre établissement. Son élaboration pluriprofessionnelle a permis de répondre au mieux aux besoins des services de soins.