



P. Feistl (1) ; M. Rauturier (1) ; S. Truet (1) ; E. Peronne (1) ; D. Lemoine (1)  
 (1) Pharmacie, C H Bayeux, Bayeux

## Introduction

Les fournisseurs mettent à disposition des **embouts plastiques protégeant les extrémités fragiles** des **pinces de cataracte**, dispositifs médicaux onéreux. Des **flèches** aident l'utilisateur à les placer correctement.

Après le constat de réparations récurrentes et coûteuses de ces pinces, un **relevé exhaustif des non conformités (NC)** sur 2 mois a été réalisé pour **sensibiliser le bloc opératoire (BO)** à cette problématique.

## Matériel et Méthodes

Etude **prospective** de janvier à février 2015



## Résultats

68 cataractes réalisées sur 2 mois



## Discussion/Conclusion

- Relevé exhaustif des NC sur une période donnée
  - ➔ Détection de dérives
  - ➔ Rappels ciblés possibles
- Sensibilisation du personnel du BO à l'importance de la protection des pinces de cataracte **nécessaire**
  - = Matériel **fragile** et **onéreux**
- Réalisation et présentation d'une **fiche de formation ludique**
  - ➔ Plus d'impact que les statistiques classiquement utilisées?

