Communication affichée N° 67

TRACABILITE DE L'INDICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES (DMI) : VERS L'INFORMATISATION

Chloé Duran, Charles Trang
Service pharmacie, Centre Hospitalier de Bigorre
cduran@ch-tarbes-vic.fr

Introduction

Dans le cadre du Contrat de Bon Usage, la traçabilité des indications de tous les DMI hors Groupe Homogène de Séjour (GHS) doit être mise en place afin de définir la conformité de pose à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Objectifs

En collaboration avec les chirurgiens, définir les indications des DMI hors GHS qu'elles soient dans ou hors LPPR puis les informatiser

Matériel et méthodes

Audit de conformité des poses de DMI de 2016

- En Rythmologie, Orthopédie, Endoscopie digestive, Angioplastie coronaire
- Extraction de tous les DMI hors GHS posés en 2016 (Sedistock©)
- Relevé des **indications** de pose pour chaque DMI à partir du **dossier patient**
- **Conformité ou non** aux **indications/modalités de prescription** de la **LPPR** pour chaque DMI hors GHS
- **Conformité ou non** des **associations de DMI** à la LPPR (ex : montage de prothèse de hanche)

Rattachement de chaque code LPPR à un seul code CLADIMED (CLAssification des DIspositifs MEDicaux) et à un groupe d'indications



Définition des **indications conformes ou non** à la LPPR en collaboration avec les **chirurgiens**

Résultats

2042 DMI hors GHS posés soit **89 codes LPPR** et **53 codes CLADIMED**

CONFORMITE



225 DMI non conformes
- 169 stents coronaires : nombre de stents > à la prise en charge LPPR, pose sur l' artère coronaire interventriculaire 1…
- 44 ciments ATB : poses sur patients non à risque
- 12 stents digestifs : 2 stents sur la même voie…

Lien avec les chirurgiens

INFORMATISATION

532 INDICATIONS
- 356 conformes LPPR
- 176 Hors Référentiels (HR) → Rédaction d'argumentaires

Arborescence définie selon le type de produit (ex : ciment) ou le type d'intervention (ex : arthroplastie de hanche), Les indications hors référentiels sont signalées par **(HR)**



Discussion-Conclusion

89% des poses de DMI hors GHS sont conformes à la LPPR. Les non-conformités pourront être justifiées par la rédaction d'argumentaires se référant aux recommandations de Sociétés Savantes ou d'Institutions (HAS,…) et à la bibliographie (ex : justification des poses de ciments HR et Evaluation des ciments avec ou sans antibiotiques pour la fixation des implants articulaires, HAS, décembre 2016). La rédaction des argumentaires constitue notre prochain objectif.

Grâce à la collaboration avec les chirurgiens nous avons défini toutes les indications correspondant à l'usage des DMI hors GHS de notre établissement. L'identification de 176 indications HR montre aussi l'écart entre théorie et pratique.

Mots clés : DMI hors GHS, indication, LPPR