

REFERENCEMENT D'UNE NOUVELLE AIGUILLE DE HUBER SECURISEE : VIGILANCE ET ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS INDUITS PAR UNE MODIFICATION DE PRATIQUE

S.Thizy, K.Garcia, M.Voutier

Service Pharmacie, Centre Hospitalier Bourgoin Jallieu (38)

Introduction

La PUI s'est engagée depuis longtemps contre le risque d'Accident d'Exposition au Sang lors du choix des Dispositifs Médicaux Stériles (DMS).

☒ Démarche engagée pour **promouvoir au sein de notre établissement le référencement de nouveaux Dispositifs Médicaux Stérile sécurisés** avec:

- les utilisateurs (personnel médical et paramédical),
- l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène.

Objectif de l'étude

☒ Présenter l'importance d'une **implication pharmaceutique** dans les services où sont mis en place les essais afin de:

- connaître la pratique en cours et la comparer à celle induite par l'utilisation d'un nouveau DMS de sécurité,
- **former les personnels pour garantir un choix optimal.**

Le référencement d'un nouveau DMS tel qu'une aiguille de HUBER sécurisée induisant une modification des pratiques nécessite donc une grande vigilance lors du choix.

Résultats de l'étude

Les essais ont été menés dans les services ayant un usage fréquent c'est-à-dire l'hôpital de jour accueillant les patients porteurs de cathéters à chambre implantable pour l'administration de chimiothérapie anticancéreuse.

☒ Evaluation de trois produits concurrentiels en prenant en compte :

- les **caractéristiques techniques**,
- la **mise en place aisée**,
- le **retrait sécurisé**,
- l'**adéquation avec les protocoles de soins** en place dans l'établissement,
- le **confort** pour les patients.

Critères d'évaluation	Essais de 3 aiguilles de Huber sécurisées		
	DM N°1	DM N°2	DM N°3
Caractéristiques techniques	Equivalent	Equivalent	Equivalent
Mise en place aisée	Oui	Difficulté d'implantation	Moins facile
Retrait sécurisé	Oui	Oui	Oui
Adéquation avec les protocoles de soins	Oui	Moins bonne	Oui
Confort du patient	Bon	Moins bon	Bon
	Pas de douleur Mieux adapté pour les peaux fragiles	Pansement plus difficile à réaliser	Pas de douleur

☒ Référencement du DM N°1

Si l'ensemble des produits répondait au cahier des charges établi, **c'est la formation des utilisateurs qui a prédominé** ainsi que la **conformité d'utilisation par rapport au protocole de soins** auquel l'aiguille de HUBER fait référence.

Conclusion

Ce travail a permis:

- ☒ **d'évaluer les pratiques** par rapport aux recommandations institutionnelles,
- ☒ **de mettre à jour le protocole** suite au référencement d'un nouveau DMS de sécurité dans une dynamique d'amélioration de la qualité des soins.

