

COMMENT REPERCUTER LES COÛTS DE STÉRILISATION SUR LES POLES UTILISATEURS

A Venet, A Gresser, R Dulin, R. Jacques, V Philip, Pharmacie des dispositifs médicaux stériles, Hôpital Haut Lévêque, avenue de Magellan 33600 Pessac CHU de Bordeaux

CONTEXTE

Le Pôle produits de santé du CHU de Bordeaux, est comme d'autres pôles prestataires, en déficit en raison de l'absence de recettes facilement identifiables.

OBJECTIF

L'objectif de la démarche entreprise est de trouver une formule simple de calcul des coûts et de voir comment il est possible de répercuter ces coûts sur les pôles utilisateurs, en faisant l'expérience sur l'un des sites du CHU de Bordeaux, le Groupe Hospitalier Sud.

MATERIEL ET METHODES

Pour calculer les coûts, l'ensemble des dépenses du service de stérilisation du Groupe Hospitalier Sud ont été cumulées, en excluant les coûts de structure afin d'avoir un coût non environné, puis ventilées entre l'activité de production textile et instruments, pour ensuite déterminer un coût unitaire (conteneur, sachet). Les dépenses totales pour chaque Pôle sont ensuite calculées grâce au logiciel de traçabilité STERIGEST (figure 1)

RESULTATS

I - COÛTS DIRECTS	Coût total
Personnel non médical	718475,7098
Personnel médical	36003,76892
Titre 2	179391,3204
Titre 3	32214,06395
Titre 4	199843,9781
TOTAL COÛTS DIRECTS	1165928,841
II - COÛTS INDIRECTS	Coût total
Energie	
Electricité	9810,603814
Eau	17353,08736
Vapeur	33227,92428
Total Energie	60391,61545
Logistique générale et stucture (hors energie)	
Logistique générale	231249,2057
Structure	35605,33728
Total Logistique générale et stucture	266854,543
TOTAL GENERAL DEPENSES	1493175

Figure 2: calcul des coûts




Figure 1: Dépenses calculée grâce au logiciel Stérigest

La dépense totale est de 1 493 127 € (tableau figure 2) . Les volumes produits sont de 2064m3 d'instrumentation et de 2838 m3 de textile. La ventilation des coûts entre l'instrumentation et le textile s'est faite en mesurant le temps agent affecté à chaque activité et en isolant tous les coûts liés au lavage, cette étape n'étant pas réalisée en stérilisation pour le textile. Le coût du m3 d'instrumentation ainsi calculé est de 475.6752 €, celui du textile de 180.18 €. C'est à partir de ces coûts qu'ont été évalués les coûts unitaires d'un conteneur (25.68€) , d'un sachet d'instrumentation (3.82€) (figure 3 et 4) et d'un sachet de textile (1.28€). A l'aide du logiciel de traçabilité STERIGEST, les unités produites sont affectées aux pôles utilisateurs. Ces coûts apparaissent en comptabilité analytique en dépenses pour les pôles utilisateurs et en recettes pour le pôle produits de santé.



Figure 3: coût d'un conteneur 25.68 €



Figure 4: coût d'un sachet d'instrumentation 3.82€

CONCLUSION

Dans le contrat de la t2A, les pharmacies doivent coter leur activité. L'évaluation des coûts de stérilisation en est un exemple simple et une première étape.