

## INTRODUCTION

Le remboursement des dispositifs médicaux implantables facturés en sus des GHS est actuellement soumis à une traçabilité réglementée (Décret 2006-1497 du 29/11/2006). Dans l'attente d'une informatisation du circuit des DMI de la réception jusqu'à l'implantation, une traçabilité manuelle est assurée au sein de l'établissement.

## OBJECTIFS

- ✓ Evaluer la traçabilité de l'implantation des DMI remboursés en sus des GHS.
- ✓ Améliorer le circuit des DMI et répondre aux impératifs du Contrat de bon usage
- ✓ Obtenir 100% du remboursement des DMI en sus T2A

## MATERIELS ET METHODES

**Audit clinique ciblé rétrospectif de dossiers patients de janvier à mai 2010.**

Sélection de 3 disciplines médico-chirurgicales et évaluation de 3 critères à partir d'une grille d'audit.

- **I5** = Nombre d'unités de DMI dont l'implantation est tracée dans le dossier du patient / Nombre d'unités de DMI posées.
- **Traçabilité « de bon usage »** : respect du bon usage et des indications des DMI innovants et/ou onéreux facturés en sus des GHS. Identification des poses faites dans le respect des référentiels de bon usage (Améli et HAS).
- **Traçabilité « sanitaire »** : conforme lorsqu'on retrouve dans le dossier médical : nom du patient, identité du DMI, date et lieu d'utilisation, nom du médecin utilisateur.

## RESULTATS ET DISCUSSION

- 134 dossiers patients ont été analysés
- 626 DMI ont été posés
- **20% de DMI non tracés**

### Traçabilité du bon usage


Après étude des cahiers de blocs et des dossiers patients



**100% des implantations de DMI se sont révélées conformes au référentiel de bon usage**

### Traçabilité sanitaire

Présence de la fiche de traçabilité dans le dossier médical du patient



### I5 : Taux de Traçabilité

Spécialités	Dénomination DMI	DMI tracés	DMI posés	Taux de traçabilité
Orthopédie	Prothèses hanche, genou, épaule	220	410	54%
	Stents actifs	115	115	100%
Rythmologie	Stimulateur cardiaque Sonde de stimulation	84	101	83%

### Principales non conformités identifiées dans les dossiers médicaux des patients:

- L'indication n'est pas retrouvée sur la feuille de traçabilité : 100% des dossiers
- Signature du médecin poseur non retrouvée sur 38% des dossiers
- Nom du DMI le plus souvent incomplet

### Plan d'action pour améliorer la Traçabilité des DMI :



#### SOLUTION IMMEDIATE

Nouvelle fiche de traçabilité plus complète en cours de réalisation.

#### SOLUTION A LONG TERME

L'informatisation, prévue prochainement (logiciel PHARMA), permettra d'améliorer le circuit des DMI et leur traçabilité.

## CONCLUSION

La traçabilité n'est pas optimale. Une nouvelle organisation interne au sein de la pharmacie ainsi qu'une sensibilisation du personnel médical et paramédical référent sur les obligations de traçabilité est à envisager afin d'améliorer la qualité du circuit des DMI.

