


POSE DES CLIPS D'HEMOSTASE EN CHIRURGIE DIGESTIVE : QUAND QUALITE RIME AVEC ECONOMIE



Clip

J.Jost⁽¹⁾, V.Duhalde⁽¹⁾, D.Mercier⁽²⁾, J-P.Duffas⁽³⁾, B.Bellon⁽¹⁾
 (1) Equipe pharmaceutique Pôle Digestif, CHU Toulouse
 (2) UF Achat-Approvisionnement-Gestion, Gestion DM, CHU Toulouse
 (3) Service Chirurgie Digestive, CHU Toulouse




Introduction

Dans un souci d'harmonisation des pratiques dans les services de chirurgie digestive et d'économie pour le pôle, une action de bon usage avait été entreprise en 2007 pour utiliser dans les cholécystectomies des barrettes de 6 clips usage unique (UU) avec un applicateur à usage multiple (UM) à la place d'un applicateur UU chargé de 20 clips.



Objectif

Réévaluation des pratiques professionnelles de pose de clips avec applicateurs UU et UM en chirurgie digestive 4 ans après l'action de bon usage.




Méthode

Les consommations annuelles des clips UU en titane et polymère utilisables avec applicateurs UM et des applicateurs UU de clips tous fournisseurs confondus, ont été extraites et analysées sur une période de 4 ans de 2007 à 2010.



Résultats

		2007	2008	2009	2010	2007-2010
Quantité	clips	1578	1280	792	964	↓ 39%
	applicateurs	674	399	156	150	↓ 77.7%
Prix en €						
Prix en €	clips	14051	11684	8684	11516	↓ 18.04%
	applicateurs	50354	32916	12575	11484	↓ 77.2%




Applicateurs UM


L'économie réalisée sur les clips de chirurgie pour le pôle digestif a été de 41 000 € sur 4 ans et concerne pour 95 % la diminution des consommations d'applicateurs UU.

Les applicateurs de clips à usage multiple ont été mis à disposition par le fournisseur ; le coût de leurs stérilisations n'a pas été évalué.

€ Dépenses annuelles



Discussion



La diminution des consommations des applicateurs UU et l'absence de réclamation quant à l'utilisation de clips UU avec applicateurs UM soulignent l'adhésion des équipes de chirurgie à cette action de bon usage et à la maîtrise des coûts.



Applicateur clips UU

La diminution des consommations des clips UU pose la question du changement de pratiques vers l'utilisation d'autres dispositifs d'hémostase type thermofusion ou ultracision pour certaines indications; cela fera l'objet d'un travail ultérieur.

Ce sujet illustre le rôle d'expertise et de veille technologique du pharmacien, et sa collaboration nécessaire avec les chirurgiens pour rationaliser les dépenses des dispositifs médicaux.

Evolutions des pratiques

