

AMELIORATION DE LA GESTION DES ECHECS DE POSE D'IMPLANTS GRACE A UN AUDIT DE PRATIQUE

CHUCaen

Guyochet N. *, Daniel T. *, Delforge S. **, Gourio C. *

Pharmacie *, Bloc orthopédie **, CHU Côte de Nacre, Avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen cedex

INTRODUCTION

Dans le cadre du **Contrat de Bon Usage**, les services de pharmacie et d'orthopédie du CHU ont réalisé un audit de pratique sur les prothèses d'épaule visant à analyser la conformité des poses selon les LPPR. Cette étude a mis en évidence plusieurs échecs de pose jusque là non traités ni financièrement ni réglementairement.

OBJECTIFS

Préciser la **traçabilité des causes d'échec de pose** des implants de l'épaule : défaut de qualité du dispositif médical, courbe d'apprentissage des opérateurs

MATERIEL ET METHODES

- Recueil rétrospectif sur 7 mois des traçabilités d'implants
- Enregistrement des poses et échecs de pose dans un tableau Excel

RÉSULTATS

	Dépense (en euros)	Dépense en %
Echecs de pose	2 150	5,48
Pose	37 050	94,52
Total	39 200	100

- 20 dossiers enregistrés au final
- 4 implants sont tracés en échec de pose
- La **perte financière** s'élève à 2150 euros soit **5.5% des dépenses**

DISCUSSION

Les causes des échecs de pose ne sont pas toujours transmises à la pharmacie. Afin d'améliorer la communication entre le service de chirurgie et la pharmacie : le **support de traçabilité** a été modifié. Ce support a pour but **d'inciter à la déclaration de matériovigilance** et/ou de nous permettre de **négoier** le remplacement des implants stérilisés à titre gracieux.

BORDEREAU DE PRESCRIPTION ET DE POSE DE DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES

Code UF : _____ Identification du patient : _____

Date d'intervention : _____

Nom de l'opérateur : _____

Indications : _____

1^{re} pose Reprise chirurgicale d'un implant posé

Referencier(s) de(s) l'implant(s) et/ou étiquette(s) de traçabilité : _____

Pour les DMI inscrits à la LPPR
 indications LPPR
 indications hors LPPR
(à coller dans le dossier du patient)

Echec de pose : Matériovigilance (DECLARATION OBLIGATOIRE)
 Autre (erreur de taille, faute technique, ...)

Etiquette(s) de traçabilité de l'implant en échec : _____

Préciser : _____

Dépôt permanent à renouveler Emprunt à un autre bloc : _____

Dépôt temporaire à facturer


Signature : _____ Fait le : _____

Boire librement

Feuillet blanc : exemplaire à conserver dans le dossier patient
 Feuillet rose et jaune : à retourner à la pharmacie



Un logigramme a été rédigé pour guider l'opérateur dans la déclaration.



L'ensemble de ces documents, ainsi que des exemplaires de fiches de déclaration de matériovigilance sont intégrés dans un même support mis à disposition dans les blocs opératoires et les plateaux techniques.

CONCLUSION

Cet audit a permis **d'améliorer notre pratique professionnelle** sur le critère de la traçabilité des implants en intégrant une dimension organisationnelle pour l'identification des échecs de pose. Ce critère sera apprécié sur l'évolution du nombre d'enregistrements en échec de pose ainsi que sur les déclarations de matériovigilance liées aux implants.