

M. Jaffuel, A. Loison, N. Santolaria, J-L. Bonnefous
Service pharmacie, Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse



Introduction

L'introduction de la norme EN-Fit dans les établissements de santé a permis la **sécurisation** de l'administration de la nutrition entérale.

Cependant son impact pour la **manipulation quotidienne** de ces dispositifs médicaux (DM) et la **satisfaction** des **soignants** n'ont pas été évalués.

Objectifs

➤ Évaluer la satisfaction des soignants utilisateurs de l'EN-Fit

➤ Suivre les événements indésirables (EI) signalés avec ces DM

Matériel et Méthodes


- Élaboration et diffusion d'un **questionnaire de satisfaction** sur l'utilisation de ces **DM avec connexion EN-Fit** aux infirmiers diplômés d'état (IDE) des services les plus utilisateurs.
- Recensement des EI** signalés sur 6 mois.




Résultats

Le questionnaire de satisfaction:

- ➔ Diffusion au sein de 4 services de soins. Il a permis de récolter 14 réponses d'IDE (taux de participation 66%).
- ➔ 11 thèmes abordés retraçant les étapes de l'identification à l'utilisation de ces DM.




Les points **positifs** mis en évidence :




Les points **négatifs** mis en évidence :


Déconnexion des seringues/tubulures des sondes de nutrition



Appréciation de la solidité des connectiques



Analyse des déclarations d'EI sur 6 mois



■ A l'avenir, les équipes soignantes, à 43%, souhaiteraient une **amélioration de la solidité** de ces connexions EN-Fit.

Discussion/Conclusion



Suite à ces constats, dont la fragilisation de ces connectiques par l'accumulation de médicaments, une fiche de conseil d'utilisation a été diffusée et l'utilisation des canules de prélèvement a été testée et validée.

L'EN-Fit a permis la sécurisation de l'administration en conservant la satisfaction des soignants. Cependant, elle nécessite la modification des pratiques et l'amélioration de la résistance des connectiques afin de limiter l'inconfort des patients.