

De par sa transversalité et la diversité des acteurs impliqués, le circuit des dispositifs médicaux stériles et implantables (DMS/DMI) est complexe et peut entraîner des événements indésirables associés aux soins.

Cartographier les risques du circuit des DMS/DMI au Centre Hospitalier de Laval (CHL)

Formaliser un plan d'actions de maîtrise des risques identifiés et suivre sa mise en œuvre



COMITÉ DE PILOTAGE

Pharmacie
Gestion des risques
Direction des soins

n=7

Choix de la grille d'audit

Choix des services à auditer

Communication

Prise de RDV et réalisation des audits

Validation et analyse des résultats des audits

Formalisation d'un plan d'action et mise en place des actions correctives

InterDiag DMS® ANAP :

circuit des DMS, pratiques de soins, circuit des DMI
Module pharmacie (PUI) : 176 questions
Module service (US) : 144 questions




Trois critères :

représentation des différents pôles, utilisation DMS/DMI, présence d'un cadre de santé sur la période d'étude

COMMUNICATION AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT



RÉALISATION DES AUDITS DANS LES SERVICES

SCORES PUI :
CIRCUIT DES DMSSCORES PUI/MOYENNES US :
CIRCUIT DES DMISCORES MOYENS US :
CIRCUIT DES DMSSCORES MOYENS US :
PRATIQUES DE SOINS

COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX SERVICES

➤ Posters individualisés pour chaque service de soins

➤ Présentations orales à la pharmacie et dans le service de dialyse



Avancement - Nombre d'actions = 45	
FAIT	16
EN COURS	15
EN ATTENTE	13
ANNULÉ	1



ACTIONS CORRECTIVES MISES EN PLACE

Livret des DMS et DMI : mises à jour, ajouts d'informations, classification Cladimed®, etc.

Audits sur la traçabilité des DMI : quantitatif et qualitatif

Créations et révisions de procédures et fiches techniques : circuit, stockage, traçabilité, inventaires, livret, référencements, etc.

Cette évaluation montre une **bonne maîtrise globale** du circuit des DMS et DMI.

Les étapes les **plus à risques** identifiées sont la **demande**, le **transport**, le **stockage** et l'**évaluation** du circuit.

Un total de **45 actions** a été formulé pour la maîtrise des risques et **16 actions** ont été réalisées fin mai 2020. Ce plan d'action devra être suivi et actualisé chaque année. Il est inscrit dans la **politique d'amélioration de la qualité** et de la **sécurité** du circuit des DMS et DMI au CHL.