


OBJECTIF

En février 2023, le Comité des Dispositifs Médicaux Stériles (CODIMS) de l'AP-HP a élaboré une plaquette sur le bon usage de la compression veineuse des membres inférieurs à l'hôpital, permettant ainsi d'apporter au personnel soignant la formation et les informations nécessaires au respect de ces recommandations. L'objectif de notre travail a été d'évaluer la clarté et la pertinence des informations figurant sur la plaquette concernant les pratiques de la compression veineuse à l'hôpital.

MATERIEL ET METHODES


- ✓ Réalisation durant 2 mois, d'un audit dans les principaux services utilisateurs : Médecine vasculaire, Médecine interne (hospitalisations complète et de jour), Néphrologie, Chirurgie thoracique, Gériatrie, Oncologie médicale (hospitalisations complète et de jour).
- ✓ Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'équipe mobile « plaies et cicatrisation » de notre établissement.



RESULTATS

Sur les 50 grilles d'évaluation distribuées initialement, 41 (82%) grilles d'évaluation ont été récupérées dont :

- ✓ 21 retours d'infirmiers (51%)
- ✓ 11 retours de médecins (27%)
- ✓ 9 retours d'autres personnels paramédicaux (22%)



Résultat de l'audit :

Critères	Très bien	Bien	Assez Bien	Passable
Mise en page				
Attractivité	4 (10%)	35 (85%)	2 (5%)	
Equilibre texte-image(s)	2 (5%)	37 (90%)	2 (5%)	
Lisibilité		29 (71%)	12 (29%)	
Choix et taille de la police	2 (5%)	28 (68%)	11 (27%)	
Maîtrise de la langue				
Orthographe et syntaxe	36 (88%)	5 (12%)		
Précision du vocabulaire utilisé	25 (85%)	6 (15%)		
Textes courts et compréhensibles	4 (10%)	34 (83%)	2 (5%)	1 (2%)



Critères	Très bien	Bien	Assez Bien	Passable
Qualité du contenu				
Pertinence des informations en rapport avec le sujet	28 (68%)	13 (32%)		
L'essentiel est-il traité ?	14 (34%)	25 (61%)		
Clarté du contenu ? Messages percutants ?	5 (12%)	35 (85%)		
Choix des illustrations				
Pertinence des illustrations	11 (27%)	25 (61%)		
Le texte et l'image sont-ils complémentaires ?	40 (98%)	1 (2%)		

Commentaires des audités :

- **Esthétique** :
 - Modifier les couleurs du tableau au verso.
 - Améliorer la lisibilité du tableau en séparant mieux les 2 catégories : bandes à allongement court et kits de bandage multi type.
- **Contenu** :
 - Introduire la compression veineuse en amont (pas seulement dans le glossaire).
 - Développer les pressions exercées par les bandes.
 - Développer les chaussettes de compression et les classes de compression.

DISCUSSION – CONCLUSION

Le guide sur le bon usage de la compression veineuse des membres inférieurs à l'hôpital est actuellement en cours de validation par la COMEDIMS. L'audit mené grâce à la participation du personnel soignant et médical, a permis de faire remonter des remarques sur la plaquette actuelle élaborée par le CODIMS (attractivité, pertinence des informations). Globalement, cette dernière a été bien reçue. Parmi les points positifs, son attractivité, l'accessibilité du vocabulaire et la clarté du contenu ont particulièrement été appréciés. Par ailleurs, des points négatifs ont également été soulevés, avec parmi eux le manque de lisibilité. Des améliorations vont être mises en place avant sa publication.