

Le référencement des sutures doit-il rester un casse-tête ?

N°117

A.RIGAUD¹, L.AILLARD¹, A.ESNAULT², C.DUPOUIS¹, P.GUILLARD¹
¹Service pharmacie; ²Bloc opératoire; CHIC Alençon-Mamers, 61000 Alençon
 alixrigaud30@gmail.com



CONTEXTE


Mots clés : Dotation; Bloc opératoire; Dispositifs médicaux stériles

Les sutures diffèrent selon un **grand nombre de caractéristiques techniques** : le sertissage, le fil et l'aiguille. En conséquence, cette classe de dispositifs médicaux est souvent **mal connue** des équipes de soins et pharmaceutique. Par ailleurs, les demandes des services manquent souvent de précision et peuvent être difficiles à honorer.

OBJECTIFS



- ✓ Créer un **livret de sutures**
- ✓ **Optimiser le référencement** des sutures au sein de l'établissement
- ✓ **Faciliter le traitement** des nouvelles demandes



MATÉRIELS ET MÉTHODES

- **Extraction de la liste des sutures référencées** de notre logiciel de gestion économique et financière (GEF)
- Création d'un **tableau exhaustif**
- Déclinaison de chaque suture selon ses caractéristiques dans un tableau :



Produit	Référence	Libellé	Gamme	Résorption	Type	Résistance	Aiguille	Prix	Laboratoire
---------	-----------	---------	-------	------------	------	------------	----------	------	-------------

- Élaboration d'un **tableau des équivalences** à partir :
 - Informations des fournisseurs (catalogues, rendez-vous commerciaux, ...)
 - Notifications des marchés



RÉSULTATS

- ✓ Mise à jour des **122 fiches produits** des sutures référencées : **libellé harmonisé** « **NOMDEGAMME CALIBRE LONGEURFIL COURBURE LONGEURAIGUILLE RESORPTION STRUCTURE** » avec la contrainte d'un nombre max de caractères (38).

→ Exemple: VICRYL 5/0 45CM 1/4 8MMx2 RES TRESSE

RESORBABLES				
Classes	Caractéristiques	Spécialités	Laboratoires	Référence
Tresse	Court terme 10 jours	Assufil® Fast Glicoffi Lac® Optime® R	Assut Peter's Surgical	Équivalent à Assufil® Fast et Glicoffi Lac® Fast (Assut)
Tresse	Moyen terme 21 jours	Assufil® Plus Safil® Optime® Sinusorb®	Assut B Braun Peter's Surgical	Équivalent à Sinusorb® (Peter's Surgical)
Tresse PGLA	Moyen terme 21/28 jours	Glicoffi Lac® Novosyn® Polysorb® Vicryl® Vicryl® Plus	Assut B Braun Medtronic Ethicon	Équivalent à Polysorb® - 21 jours (Medtronic) et Vicryl® - 28 jours (Ethicon)
Monofilament	Moyen terme 21 jours	Monocryl® Monofil® Monosyn® Biosyn® Advantime® Assufil® Monofilament	Ethicon Assut B Braun Medtronic Peter's Surgical	Équivalent à Monocryl® (Ethicon)
Monofilament	Long terme 42 jours	Maxon® MonoPlus® Monoslime® PDS® II PDS® Plus	Medtronic B Braun Peter's Surgical Ethicon	Équivalent à Maxon® (Medtronic) PDS® II et PDS® Plus (Ethicon)
Monofilament cranté	Moyen terme 28 jours	FilBloc® Stratafil® V-Loc®	Assut Ethicon Medtronic	Équivalent à FilBloc® (Assut)

- ✓ Création d'un **tableau d'équivalence adapté** aux gammes référencées sur le CHICAM, regroupant **64 gammes de fils de 5 fournisseurs**. Les sutures sont classées selon le **type de suture** et le **temps de résorption**.



Extrait du **tableau d'équivalences des sutures**
 En **vert** sont indiquées les sutures référencées

- ✓ **Rationalisation** de la dotation en sutures du **bloc opératoire (n=87)** : analyse de la **cohérence** du livret, des **consommations** des années **2020 – 2021 – 2022** ainsi que des **stocks périmés** de la pharmacie et du bloc opératoire.

Une **Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles** à laquelle ont participé des chirurgiens, un infirmier de bloc, un aide-soignant, deux pharmaciens, et un préparateur en pharmacie, a été organisée pour valider les propositions d'**optimisation** des référencements de sutures :

- **15 sutures ont été déréférencées** (soit **17%** de leur dotation)
- **1 nouvelle suture a été mise au livret**
- **4 sutures habituellement commandées ont été rajoutées à la dotation**

Changements communiqués aux équipes soignantes sous forme de **pharm'INFO**

Pharm'INFO Mars 2023
 La pharmacie du CHICAM vous informe

Fils au bloc opératoire

CONTEXTE

- 87 références de fils en dotation au bloc
- Péremption de boîtes complètes de certaines références
- Fils très proches référencés

SUPPRESSION

Suppression de **15 références** de la dotation du bloc opératoire : vu en COMEDIMS chirurgie digestive

Référence	Libellé	Résorption	Type	Aiguille	Remarque
87550	PLAFEAU 0 90CM 01E 50MM	Non-résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	Équivalent ref 87581 (2,0)
87132	PLAFEAU 0 0 45CM 3/8 16MM	Non-résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	Conso par dose d'origine (pas à bloc)
F864	MERSILENE 0 75CM 1/2 26MM	Non-résorbable	Tressé	Tapercut	Idem Ethibond ref K3202
T4418H	MONOCRYL 0 70CM 1/2 26MM	Résorbable	Monofil	Tapercut	0 conso en 2022
MPV427H	MONOCRYL 3/0 70CM 3/8 18MM	Résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	Switch vers ref V9330H (Tapercut)
2467H	PDS II 0 70CM 1/2 38MM	Résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	1 bte périmée 0 conso en 2022
2282H	PDS II 0 90CM 1/2 38MM	Résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	0 conso en 2022
2383H	MERSILENE 3/0 75CM 3/8 16MM	Non-résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	0 conso - Équivalent ref W8721 simple fil
W9165	VICRYL 0 75CM 5/8 40MM	Résorbable	Tressé	Tapercut	Équivalent ref V358H - 36 en 2022
V312H	VICRYL 2/0 70CM 1/2 22MM	Résorbable	Tressé	Tapercut plus	Équivalent ref V3170 - 36 en 2022
V527	VICRYL 3/0 90CM 1/2 26MM	Résorbable	Tressé	Tapercut	0 conso en 2022
W9824T	PDS II 1 90CM 1/2 40MM	Résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	Équivalent ref PDP1935T - 0 conso 2022
2468H	PDS II 1/0 70CM 1/2 38MM	Résorbable	Monofil	Triangulaire inversée	Conso 36 en 2022
C1330	MONOCRYL 3/0 90CM 1/2 22MM	Résorbable	Monofil	Tapercut plus	Vu en COMEDIMS

DEMANDE D'AJOUTS

Ajouts en cours de **5 références** dans la dotation du bloc opératoire :

Référence	Libellé	Résorption	Type	Aiguille	Remarque
V725C H	ASSUT 6 1 90CM 3/8 39MM	Résorbable	Tressé	Triangulaire inversée	Essai en cours (ortho)
K482Z	ETHIBOND 0 90CM 1/2 20MM	Non-résorbable	Tressé	Tapercut	Essai
6287-71	MAXON 1 90CM 1/2 40MM	Résorbable	Monofil	Tapercut	Ajout
V522	VICRYL 1 90CM 1/2 43MM	Résorbable	Tressé	Tapercut	Essai en cours (ortho)
JW81	VICRYL 2 90CM 1/2 40MM	Résorbable	Tressé	Triangulaire inversée	Essai en cours (ortho)

Référence JV152U = « **Fil à foie** » : **arrêt de commercialisation**
 Bande de 3mm de largeur, aiguille ronde pointe mousse
 Pas d'équivalence stricte chez les autres laboratoires
 → Pas de remplacement par une autre référence

Rédaction : A. Rigaud (interne), P. Guillard (pharmacien)

CONCLUSION

La révision des fiches produits a permis d'avoir une **base de données à jour**. L'analyse du livret a aidé de mettre en évidence des **références très proches et peu consommées**, amenant à leur rationalisation. Le tableau d'équivalence est utilisé par l'équipe de pharmacie, il permet de **mieux comprendre** et **orienter les demandes** des services de soin.