



Introduction :

Dans une démarche d'optimisation du circuit non informatisé des dispositifs médicaux stériles (DMS), une réorganisation interne a permis la présence quotidienne (1h/jour) d'un préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) au sein du service d'endoscopie digestive.



Matériel et méthodes :

Etat des lieux réalisé durant le mois de décembre 2015.



Résultats :



Points relevés :

- ✓ 5 lieux de stockage différents → Difficulté de lisibilité des stocks pour préparer les commandes
- ✓ 7 références qui ne sont plus utilisées datent de l'ancien marché → Coût de 1 720 € TTC
- ✓ 26 références avec une quantité supérieure à la consommation moyenne annuelle
 ↳ Surcoût de 14 976 € TTC (calcul basé sur un stock minimum de 3 semaines)
- ✓ 72 références tournent très peu → Risque de péremption
- ✓ 42 unités d'une référence qui n'est plus utilisée car le médecin ne fait plus partie du service

Discussion :


• Constats :

- ✓ Mauvaise anticipation des changements de marché et de praticien
- ✓ Gestion de stock peu optimisée
- ✓ Majorité des références tournent peu

• Difficultés :

- ✓ Souvent confronté à de grands conditionnements → stocks très importants par rapport à la consommation
- ✓ Cas particuliers / urgences : nécessité d'avoir du stock même si les références tournent peu

Axes d'amélioration



Conclusion :

- ✓ Mise en place de dotation et rangement définis conjointement avec les utilisateurs
- ✓ Poursuite de la collaboration PPH/équipe médicale pour la prise en charge des commandes et rangements afin de pallier l'absence d'informatisation du circuit des DMS