

Auteurs : M. Cazin¹, T.Lambelin¹, L.Douay¹, A.Leroy Basile¹, M.Huchette¹, J.Boyer¹

¹ Centre hospitalier de Valenciennes

Contact : cazin-m@ch-valenciennes.fr

Mots clés: Développement durable/dialyse/pharmacie

Contexte



20% des émissions de gaz à effet de serre des ES est attribuable aux DM

Nombreuses initiatives pour ↘ l'impact carbone des soins. Le service de dialyse a sollicité la pharmacie pour aider au projet de « dialyse verte » L'une des actions menées est l'actualisation des protocoles de soins. Actuellement 6 pansements opaques/semaine/patient sont utilisés lors des séances de dialyse

Objectifs

Réévaluer le protocole de soins des pansements de cathéter de dialyse dans le but d'améliorer l'impact DD, en optimisant les coûts et la prise en charge des patients

Matériels et méthodes



Observation par une interne des pratiques lors des soins du pansement des cathéters de dialyse



Recherche d'alternatives aux pratiques actuelles selon les recommandations de la société française hygiène hospitalière de mai 2019 en collaboration avec l'hygiène



Analyse de coût pour évaluer l'impact financier



Cadres, IDE (infirmiers diplômée d'état) et médecins du service ont été consultés afin de valider le nouveau protocole Des formations ont été organisées afin d'accompagner le changement auprès des patients et des IDE

Résultats



Certains patients se plaignent d'irritations cutanées au point d'insertion du KT



Economie annuelle de 15 600 films transparents
Gain de 730 euros HT/an



21 IDE formés au cours de **25 formations** par **pharmaciens, internes et IDE hygiénistes**

Une vidéo et un poster explicatif sont remis après formation




Nouveau pansement :

- **Pansement fendu transparent** à la place du pansement opaque
- **Changement hebdomadaire** au lieu de 2 fois par séance

✓
29/31 patients
ont accepté un
switch pour le
nouveau
pansement et
sont satisfaits

POSE DU PANSEMENT

AVANT LA POSE : Réfection du pansement de point d'insertion du cathéter de dialyse selon protocole



Placer la bandelette (la plus large) au-dessous du cathéter au niveau de l'encoche

Placer la bandelette (la plus fine) sur le haut du pansement et inscrire la date de pose

RETRAIT DU PANSEMENT



Couper la bande fixation prédécoupé au-dessous du cathéter en 2 parties

Rouler le pansement vers le haut pour le décoller en prenant garde à ne pas tirer sur le cathéter de dialyse



Pansement reste en place **7 jours maximum** (sauf si souillé ou décollé ou présence de condensation)

Lors du débranchement : faire **pansement occlusif sur l'ensemble des branches**

Ne pas retirer le pansement en commençant par la partie haute

Discussion/Conclusion

Ce nouveau pansement a permis de remplir tous les objectifs du DD (sociétale, environnement et économique) :

- ✓ Gain de temps pour les IDE, amélioration du confort des patients, diminution de l'impact financier et diminution des déchets
- ✓ Ce protocole peut être généralisé à tous les patients porteurs d'un KT de dialyse