

Mise en place des dispositifs médicaux NRFit au bloc opératoire gynécologique

Auteurs : M.LONGHITANO, F.JEBALI, F.BERINGUER, S.PICARD, F.VANEL
Service Pharmacie, Hôpital de Mercy, Centre Hospitalier Régional Metz Thionville
marylinelonghi@gmail.com

N°76

SÉCURISATION, RÉFÉRENCEMENT, CONNECTIQUE

CONTEXTE & OBJECTIF


L'utilisation de dispositifs à connectique non sécurisée quand la sécurisation existe fait partie des Never Events d'après EUROPHARMAT

En 2023, le CHR Metz Thionville a validé le déploiement progressif des DM NRFit par secteur médicochirurgical et par site, en débutant par le bloc gynécologique de l'hôpital de Mercy.

MATÉRIEL & METHODES

1. Identifier et rationaliser les besoins en dispositifs à basculer en NRFit et leurs usages détournés éventuels
2. Quantifier les besoins du service
3. Identifier les fournisseurs NRFit et préparer avec eux les formations et l'achat des dispositifs médicaux
4. Organiser la bascule en une journée

RÉSULTATS



DISCUSSION & CONCLUSION

Objectifs et calendrier de mise en place tenus, à l'exception d'un dispositif NRFit nécessaire identifié 2 jours après la bascule



Surcoût évalué à 20 000 euros par an

3 points de vigilances :

- Anticipation prioritaire pour la modification des kits sur mesure déjà en place
- Sécurisation du geste spécifique du blood patch
- Maîtrise du risque de rupture en identifiant plusieurs fournisseurs pour un même type de DM et en réfléchissant à des solutions de recours

Plan d'action approuvé pour les futurs déploiements dans les autres blocs et services