HYSTÉROSCOPES À USAGE UNIQUE: UNE ALTERNATIVE AU RESTÉRILISABLE POUR UNE UTILISATION HORS BLOC OPÉRATOIRE?



M. CHAUVET FRATISCHI¹, N. TOURNIER¹, Dr. J-L. EL KAIM¹, Dr. L. PECCOZ¹

1 : Centrale d'Approvisionnement en Matériel Stérile et Pansement, Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne sur Mer (CHITS), 487 avenue André Blondel 83056 TOULON

Mots-clés : Gynécologie, Dispositif Médical, UM mathildechauvetcatala@gmail.com


Dans le service de bloc obstétrique d'un centre hospitalier, les hystéroscopes réutilisables (HR) sont utilisés pour diverses indications gynécologiques. Toutefois, en raison de contraintes d'infrastructure, leur usage est exclusivement réservé au bloc opératoire, mobilisant les salles et limitant leur disponibilité pour d'autres interventions (ITV). L'introduction d'hystéroscopes à usage unique (HUU), pouvant être employés en dehors du bloc, permettrait d'optimiser l'utilisation des salles opératoires pour des actes plus complexes.



- Définir les actes pour lesquels il est possible d'utiliser des HUU et donc d'être réalisés en dehors du bloc opératoire
- Evaluer le temps libéré au bloc opératoire
- Evaluer les couts engagés pour chaque ITV en fonction du type d'hystéroscope utilisé


MATERIELS & METHODES

- Nombre annuel d'interventions (logiciel TimeWise®)
- Coût des consommables (logiciel Pharma®)
- Coût d'un HR incluant l'achat, la maintenance et les cycles de sterilisation (données fournies par le biomédical et la sterilisation)
- Tarif public 2024 du groupe homogène de séjour (GHS) pour ces ITV



	HR	HUU
Achat	5331,60€/7ans	354€
Echange standard	23821€/7ans (1701,60€/échange)	_
Stérilisation	7€/cycle	-
Cycle	371 cycles/7ans	-
Coût par utilisation	85,58€	354€

Figure 3 : Différence coût de l'HUU versus l'HR



- Gestion simplifiée
- Libération des salles de bloc
- Prix du consommable couvert par le GHS

- HUU plus onéreux que les HR
- Déchets

Au regard de sa praticité l'HUU reste un outil intéressant de l'arsenal thérapeutique permettant de libérer les salles de bloc pour des interventions plus lourdes. Néanmoins, son usage doit être limité à certaines interventions notamment de par son coût.

Afin d'affiner cette analyse, une évaluation plus globale intégrant les coûts directs et indirects des interventions au bloc et hors bloc serait pertinente.