


Introduction

Des erreurs de montage de perfusion répétées sont régulièrement observées par les infirmiers (IDE) de l'équipe mobile en charge du suivi des cathéters. Un document répertoriant les principaux montages de perfusion est pourtant disponible sur l'hôpital. Une formation complémentaire ludique pour les IDE sur le montage de voie veineuse semblait pertinente.

Matériel et méthode



Résultats

3 thèmes choisis

1 Confusion entre valve bidirectionnelle et valve anti-retour




2 Confusion entre voie veineuse centrale et voie veineuse périphérique



3 Erreur de montage complexe avec arbre à chimiothérapie


Trouverez-vous les erreurs ?

Perfusion chimiothérapies sur chambre implantable




Réponses : L'arbre à chimiothérapies n'est pas adapté aux nombres d'anticancéreux prescrits. L'aiguille de Huber est trop longue. Il n'y a pas de coussinet de stabilisation sous l'aiguille ni de valve bidirectionnelle au bout de l'aiguille. Il manque un bouchon sur un des robinets de la rampe.

Perfusion sur cathéter Midline




Réponses : Une valve bidirectionnelle est montée sur une valve anti-retour au bout du midline. Le clamp du midline est sous le pansement Tegaderm®. Une nutrition parentérale hyper osmolaire est administrée alors qu'elle est contre indiquée avec la voie veineuse périphérique.

Perfusion continue de morphine



Réponse : Il n'y a pas de prolongateur avec une valve anti-retour.

Perfusion de Lasilix®



Réponse : La tubulure et la seringue ne sont pas opaques et la molécule administrée est sensible à la lumière.

Participants

- 24 IDE
- 4 services de soins
- Session de 1 heure

Résultats et satisfaction

- 6 erreurs détectées en moyenne par session
- 45% des participants connaissaient le document « Perfusion » de l'hôpital
- 100% des participants sont satisfaits et ont appris de nouvelles connaissances

Discussion et conclusion

Le chariot mobile a permis de **renforcer les connaissances des IDE** sur les montages de perfusion. Toutes les erreurs n'ont pas été détectées justifiant **l'intérêt de la formation**. Le support choisi est apprécié mais suscite beaucoup d'échanges qui allongent le **temps de formation**. Une **disponibilité** des formateurs est nécessaire. Ce chariot mobile sera régulièrement utilisé pour la formation des IDE.

