

Introduction

L'emballage en stérilisation hospitalière permet le maintien de la stérilité des dispositifs médicaux réutilisables (DMR). 17 services stockent des DMR (hors blocs). Dans une démarche écologique, économique et logistique, une transition du double au simple emballage est envisagée



Evaluation les conditions actuelles de stockage des DMR





Détermination de la faisabilité du changement

Objectif

Matériel et méthode

Audit réalisé en binôme pharmacien/préparateur



Grille d'évaluation



Transport

Eléments inappropriés

Stockage

Critères évalués

Entretien


FIFO

Exposition à la poussière / lumière / humidité

Péremption

Référentiels

Bonnes pratiques de pharmacie hospitalière



Guide de la SF2S


Résultats

Lieux de stockage des DMR



100 % d'utilisation d'un bac de transport

Pourcentage de non-conformités



Discussion - Conclusion

- ➔ Mise en évidence des non-conformités du stockage des DMR.
- ➔ Au vu des résultats, le choix a été fait de **repousser le projet du passage au simple emballage**.

Perspectives

- ➔ Des campagnes de formations ciblées sur les bonnes pratiques
- ➔ L'audit sera à nouveau réalisé par la suite afin de voir si les mesures prises ont permis d'améliorer les pratiques et réenvisager le projet initial.