

Vers une utilisation raisonnée de l'urétéroscope souple à usage unique

O. OUDINET⁽¹⁾, S. CHRISTOPHE-BAUER⁽¹⁾, C. DURAN⁽¹⁾, I. HERAN-MICHEL⁽¹⁾

⁽¹⁾Pharmacie, Centre hospitalier de Perpignan

Contact: oudinet.oceane@gmail.com

Mots clés : Urologie, Lithiases, Stérilisation

Introduction - Objectif :


La prise en charge des lithiases rénales repose sur un large choix de dispositifs médicaux. Le choix d'un urétéroscope souple à usage unique (USUU) ou restérilisable (USR) repose sur des critères spécifiques. Une augmentation de l'utilisation des USUU a été observée et cause un impact économique important, tandis que le nombre des USR s'élève toujours à 3 unités.

L'objectif est d'évaluer la conformité d'utilisation des USUU pour optimiser les coûts, mener à une utilisation raisonnée des USUU et revaloriser l'usage des USR dans l'établissement.

Matériels et méthodes :



- Étude monocentrique, retrospective et observationnelle réalisée sur l'ensemble des utilisations d'USUU du **01/01/2024 au 31/12/2024**.
- Le respect de l'indication des USUU (**urgences, calculs caliciels inférieurs**) a été étudié à partir des comptes rendus opératoires présents sur le logiciel de dossier patient.
- L'utilisation programmée au bloc a aussi été analysée.

Résultats :



Programmation sur le logiciel du bloc	Nombre de cas
Oui	62
Non	30

Période	USUU	USR
1e semestre 2023	NA	33
1e semestre 2024	48	9



Conclusion/Discussion :

L'utilisation des USUU est **en majorité non conforme** aux indications montrant un mésusage d'utilisation de ces dispositifs jetables. Il est cependant pertinent de prendre en compte **l'utilisation d'un USUU en cas de risque d'infection**. La même étude pourra être réalisée en prenant en compte ces éléments, permettant peut-être d'atteindre un seuil d'utilisation. **L'utilisation des USR devra être revalorisée pour améliorer l'impact économique et mener à une démarche écologique responsable.**