

## BON USAGE DES DISPOSITIFS MEDICAUX POUR LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS PÉRIPHÉRIQUES


Hôpital Louis-Mourier AP-HP

N°42

A. Delay <sup>1</sup>, A. Derenne <sup>1</sup>, N. Del Missier <sup>1</sup>, C. Duez <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Unité des Dispositifs Médicaux, Service de Pharmacie, Hôpital Louis Mourier, 178 Rue des Renouillers, 92700 Colombes delay.alice@gmail.com

Ailettes, Aiguilles, Pratiques



## MATERIELS ET MÉTHODES

**ENQUÊTE DE PRATIQUES**: questionnaire en ligne Google Forms®, anonyme, à destination des Infirmier(e)s Diplômé(e)s d'Etat (IDE) de l'hôpital Louis Mourier avec une période de diffusion s'étalant du 27 janvier au 14 mars 2025.

Connaissance des prix

Connaissance des indications de ces deux dispositifs de prélèvement

Connaissance des caractéristiques des Eclipse ™ Signal ™


FORMATION des IDE par le laboratoire BD en juin 2024, novembre 2024 et janvier 2025 à l'utilisation des **aiguilles de prélèvement Eclipse™ Signal™ :** 

Paroi de l'aiguille extra-fine prélèvement plus rapide par rapport à une unité de prélèvement à ailettes

Visualisation du retour sanguin








ANALYSE DES CONSOMMATIONS des aiguilles de prélèvement et des unités de prélèvement à ailettes de janvier 2024 à mars 2025 sur Copilote DM et estimation de la réduction des coûts


# RÉSULTATS RÉSULTATS ENQUÊTE DE PRATIQUES




Connaissance des caractéristiques des nouvelles aiguilles de prélèvement Eclipse ™ Signal ™ :


Visualisation du retour sanguin :

Paroi de l'aiguille extra-fine :





- 15 % des IDE interrogés connaissent le prix d'une aiguille de prélèvement Eclipse™ Signal ™
- 8 % des IDE interrogés connaissent le prix d'une unité de prélèvement à ailettes



## ANALYSE DES CONSOMMATIONS Part de consommation des unités de prélève

Part de consommation des unités de prélèvement à ailettes de janvier 2024 à mars 2025

Formation 1

Formation 2

Formation 3

Affiches

distribuées

Objectif: 60%

Objectif: 60%

Affiches

Affiches

Objectif: 60%

Objectif: 60%

### Après la troisième formation :

les unités de prélèvement à ailettes sont utilisées dans 80 % des prélèvements, soit une diminution de 6 %

45 € d'économies par mois

Objectif: diminution de 30%

433 € d'économies par mois
 Soit 5 196 € d'économies par an

#### DISCUSSION

- Faible taux de réponse (10%) -> Difficulté de changement des pratiques infirmières, qui utilisent les unités de prélèvement à ailettes par habitude et facilité d'utilisation
- Part de prélèvements sanguins réalisés avec les unités de prélèvements à ailettes irréductible : les hémocultures et les patients avec un capital veineux fragile
- Différence entre utilisation réelle des dispositifs médicaux et données Copilote DM (effet de stock)
- Diminution de l'utilisation des unités de prélèvement à ailettes après chaque formation mais non pérenne
- L'impact de l'affiche, mise en place en mars, reste à être évalué

### CONCLUSION

Les actions mises en place ont permis une première réduction de l'utilisation des unités de prélèvement à ailettes

Nécessité de poursuivre les actions afin d'atteindre l'objectif de réduction de 30%