

OPTIMISATION DES PRATIQUES EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE : TRANSITION VERS LES VALVES ET PISTONS A USAGE UNIQUE

V. PIQUET (1) ; A. CULETTO (2) C. BARRUE (2) ; E. LOSHA (1) ; S. LEMAGNER (1) ; V. DUHALDE (1)

(1) Equipe pharmaceutique, Hôpital Rangueil, Toulouse (duhalde.v@chu-toulouse.fr); (2) Service d'Endoscopie digestive, Hôpital Rangueil, Toulouse ;



Évaluation économique, Référencement, Recommandations

Introduction

- Contexte réglementaire : En 2023, publication d'une FAQ par le ministère de la Santé concernant les pistons et valves d'endoscopie. Identification d'une non-conformité par rapport aux normes attendues.
- Pratique actuelle au CHU (service d'Endoscopie digestive): Protocole de désinfection des pistons/valves à usage multiple.
- Alternatives conformes aux recommandations de la FAQ :

Alternative 1 : Stérilisation des pistons/valves à usage multiple (UM) à 134°C pendant 18 minutes

Alternative 2 : Référencement de pistons/valves à usage unique (UU)

Objectifs

Evaluer l'impact économique :


Alternative 1

VS

Alternative 2

Matériels et Méthodes


- Etat des lieux des endoscopes en Endoscopie Digestive
- Etat des lieux des types de pistons/valves utilisés en Endoscopie Digestive
- Choix du laboratoire fournissant les valves/pistons UU
- Etude de coût en comparant l'alternative 1 vs l'alternative 2



Résultats

Etat des lieux du parc d'Endoscopes :

- Parc de 45 endoscopes en Endoscopie Digestive



NB : Echoendoscopes non comptabilisés car pas de pistons/valves UU commercialisés.

Etat des lieux des types de pistons/valves :

- 13 types de pistons/valves référencés au CHU
- 3 références utilisées sur endoscopes digestifs :


Piston Aspiration	80/An (UM)	121,91€ PUHT
Piston Air/Eau	120/An (UM)	137,62€ PUHT
Valve à Biopsie	10400/an soit 200/Semaine (UU)	1,32€ PUHT

= Nombre d'endoscopies / semaine

Choix du laboratoire :


- Laboratoire Français (Fabrication et Assemblage en France)
 - Prix du kit (3,7€ HT)
- Touché similaire aux valves/pistons UM

Kit Labo



Etude de coût :

Comparaison Alternative 1 vs Alternative 2



Conclusion/Discussion

- Alternative 2 plus avantageuse que l'Alternative 1
- Essais pour référencement des pistons/valves UU réalisables, dans le cadre du Marché Négocié (MN) actuel.
- À la fin de ce MN → Une procédure d'appel d'offres (AO) sera envisagée, pour une mise en concurrence des différents fournisseurs de valves/pistons UU.
- des pistons envisagé à terme par le laboratoire



Références :
Ministère de la santé et de la prévention. (2023). FAQ N°3 : TRAITEMENT DES ENDOSCOPES SOUPLES THERMOSENSIBLES À CANAUX.
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/faq_3_endoscope_-_novembre_2023.pdf