

C. Baronnet¹, M. Dubuisson², L. Berqua¹, S. Bergon¹.

¹ Pharmacie, ² Equipe opérationnelle d'hygiène, Centre Hospitalier Eure-Seine.

Contexte / Objectifs:

Des consommations importantes de Xylocaïne® gel urétral et l'arrivée d'un nouveau kit de sondage urinaire Tetra Basic® ont incité notre Centre Hospitalier à homogénéiser les pratiques de sondage.

Objectifs: → Réaliser un poster didactique à l'intention des infirmières : quel matériel pour quel sondage?
→ Diffusion du poster dans les services de soin.

Matériel et méthodes :

Pour la réalisation du poster, ont été utilisés :

- Le livret des Dispositifs médicaux et l'évaluation du matériel consommé sur CPage®,
- Les procédures de sondage à demeure et évacuateur rédigées par l'équipe d'hygiène pour connaître les pratiques et le matériel à utiliser,
- La documentation délivrée par les fournisseurs de sondes pour sélectionner le matériel adéquat à chaque type de sondage.

Toutes les informations recueillies sont retranscrites sur un poster simple et didactique à l'intention des infirmières.

Résultats :

Affichage du poster dans le poste de soin pour consultation par les infirmières avant chaque sondage afin d'utiliser le matériel adéquat.



Quel matériel utiliser pour quel sondage?



Recommandations préalables

- Hygiène des mains
- Ongles courts sans vernis, sans bijoux
- Désinfection des mains par friction
- Toilette génitale
- Au savon doux
- Gants à usage unique

Sondage à demeure

Kit Tetra Basics



+

1 paire de gants stériles

+

Collecteur à urine stérile emballé

+

Sonde de Foley

↓

< 7 j : Latex

↓

> 7 j : Silicone

+ Xylocaïne Gel Urétral® sur prescription

Sondage évacuateur dans le service

- Dakin

- Compresses

- Gants non stériles

- Xylocaïne Gel Urétral® sur prescription

+

Sondage sans ECBU

Actreen Hi-Lite® autolubrifiée +

Collecteur non stérile

↓

OU

Sondage avec ECBU

Actreen Safe Set® autolubrifiée

↓




Sondage évacuateur au bloc

Dakin®

+

Actreen Glyc Set® autolubrifiée

↓



Conclusion :

Ce poster ne remplace pas les procédures, il permet aux infirmières de savoir exactement quel matériel utiliser rapidement.

Il a aussi pour objectif de diminuer les consommations de Xylocaïne Gel Urétral, aujourd'hui utilisé comme simple lubrifiant.

Au bout d'un an de mise en place du kit, les consommations des différents produits seront évaluées, afin d'apprécier l'impact économique de cette opération.