

CIRCUIT DM	PLAN DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DU MATERIEL	PLAN D' ACTIONS DE REDUCTION DES RISQUES FICHE N° 11					
OBJET : Définition et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive et curative du matériel							
Si actions de prévention → mettre 1	1	Si actions de protection → mettre 2		Si actions mixtes → mettre 3	3		
Taux de couverture estimé des actions décrites par rapport aux actions nécessaires pour réduire le risque initial			0%	25%	50%	75%	100%
CADRE GENERAL : sécurisation du circuit du dispositif médical							
DOMAINE D'APPLICATION :							
DEFINITIONS ET ABREVIATIONS							
DM : dispositif médical							
ACTIONS DE REDUCTION DES RISQUES							
Désignation de l'action		Définir et mettre en œuvre un plan de maintenance préventive et curative du matériel					
Objectifs (principal, opérationnel)		Prévenir les risques pour le personnel et pour le patient					
Référentiels :			Pilote :		Acteurs associés :		
Mise en Œuvre	<p>Pour les équipements déjà acquis et à chaque acquisition d'un nouvel équipement, définir les besoins de maintenance</p> <ol style="list-style-type: none"> Réaliser un inventaire exhaustif des équipements avec descriptif, marque, références, année d'achat, localisation, consignes techniques.... Pour chaque équipement, définir un plan de maintenance préventif et curatif, obtenir les contrats de maintenance associés et la désignation des fournisseurs responsables de maintenance (définir les compétences nécessaires, les durées et les délais d'intervention requis) Choisir le responsable de la maintenance pour chaque équipement (externe ou interne) Etablir un planning de maintenance préventive avec les utilisateurs, le diffuser et le mettre en œuvre Etablir et diffuser une procédure dégradée en cas de panne et la conduite à tenir en cas de maintenance Enregistrer les interventions Former les utilisateurs à l'utilisation et à l'entretien des équipements 						
Moyens							
Mode de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi du plan de maintenance - Analyser le type et le taux de pannes - Fiches d'événements indésirables - Analyser les délais d'interventions et les conséquences éventuelles sur l'organisation et le patient 						
Validation	Direction						
Effort							
Liens avec d'autres fiches d'action	Achat du matériel respectant le stockage et l'intégrité des DM (fiche n° 10)						
PROCEDURE DEGRADEE :							
EFFETS SECONDAIRES DES ACTIONS							
Description des effets secondaires identifiés							
<ul style="list-style-type: none"> - Coût - Indisponibilité des équipements 							
Actions de maîtrise des effets secondaires							

Priorisation des maintenances en fonction de la réglementation, de l'organisation et des conséquences pour les patients et le personnel

Taux de maîtrise des risques des effets secondaires	0%	25%	50%	75%	100%
--	----	-----	-----	------------	------